



Centro di Taratura LAT N° 105  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO  
E DEL LAZIO MERIDIONALE  
Laboratorio di Misure Industriali  
Sede legale ed operativa  
Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia  
Tel. 0776 2993 672/700/399 - Fax 0776 2993729

LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 3  
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD\_FR 182\_16  
Certificate of Calibration


-data di emissione <i>date of issue</i>	2016-03-24
- cliente <i>customer</i>	Pa.L.Mer. Scarl  Via Casilina Nord, n° 246 03013 Ferentino (FR)
- destinatario <i>receiver</i>	Comune di Gaeta  Via Emanuele Filiberto 04024 Gaeta (LT)
- richiesta <i>application</i>	F.046/15
- in data <i>date</i>	2016-03-14
<u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Misuratore Velocità
- costruttore <i>manufacturer</i>	Robot Visual Systems
- modello <i>model</i>	Traffiphot III SR Photo R&V
- matricola <i>serial number</i>	Postazione 593-206/60627-Misuratore 593-10/60018
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	Non applicabile
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2016-03-24
- registro del laboratorio <i>laboratory reference</i>	RL UOD_FR 2016

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accredimento LAT N° 105 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 105 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).*

*This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*



I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95 %. Normally, this factor k is 2.*

per Il Responsabile del Centro  
for the Head of the Centre

Ing. Abostino Viola



Centro di Taratura LAT N° 105  
*Calibration Centre*  
 Laboratorio Accreditato di  
 Taratura



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO  
 E DEL LAZIO MERIDIONALE  
 Laboratorio di Misure Industriali  
 Sede legale ed operativa  
 Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia  
 Tel. 0776 2993 672/700/399 - Fax 0776 2993729

LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo  
 Riconoscimento  
 EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 3  
 Page 2 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD\_FR 182\_16  
*Certificate of Calibration*

**1. Identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature**

*technical procedures used for calibration performed*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura N. PT.10/VEL rev\_F.

**2. Strumenti/campioni che garantiscono la catena della riferibilità del Centro**

*instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre*

La catena di riferibilità ha inizio dal campione di prima linea N.5011810 munito di certificato valido di taratura N.258-23138 emesso da METAS (CH) in data 2015-07-14.

**3. Luogo di taratura**

*site of calibration*

La taratura è stata svolta presso: S.R 213 Flacca - km 22,900 in allontanamento direzione Roma - Comune di Gaeta (LT)

**4. Condizioni Ambientali**

*environmental conditions*

	min	MAX	
<b>Temperatura ambiente:</b>	15,8	18,7	° C
<b>Umidità relativa:</b>	42,5	45,3	%

**5. Note**

*Notes*

Nessuna (spazio lasciato intenzionalmente vuoto).

per Il Responsabile del Centro  
 for the Head of the Centre

Ing. Angelino Viola



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO  
E DEL LAZIO MERIDIONALE  
Laboratorio di Misure Industriali  
Sede legale ed operativa  
Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia  
Tel. 0776 2993 672/700399 - Fax 0776 2993729

Centro di Taratura LAT N° 105  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di  
Taratura



LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 3  
Page 3 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD\_FR 182\_16  
Certificate of Calibration

**6. Risultati della taratura**

*Calibration results and their expanded uncertainty*

**Campo di velocità da 30 a 100 km/h**

Scarto medio della velocità UUC rispetto al riferimento	-0,55	[km/h]
Incertezza estesa dello scarto medio	0,33	[km/h]
Scarto di velocità massimo positivo calcolato	1,56	[km/h]
Numero di misure effettuate	24	

**Campo di velocità oltre i 100 km/h**

Scarto relativo medio della velocità UUC rispetto al riferimento	-0,46	[%]
Incertezza estesa dello scarto relativo medio	0,45	[%]
Scarto relativo di velocità massimo positivo calcolato	2,31	[%]
Numero di misure effettuate	20	

per Il Responsabile del Centro  
for the Head of the Centre

Ing. Agostino Viotto